

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – HEXIS

Pregão Eletrônico nº 13/2026

Termo de Referência nº 23/2026

Processo Administrativo PADM-30844/2026

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado referente ao item 32, após análise técnica, apresenta-se o seguinte esclarecimento:

ITEM 32 – COLORÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE CLORO

Questionamento 1: Em relação ao Item 32, gostaríamos de esclarecer um ponto técnico. Ofertamos equipamentos que possui faixa de leitura de 0,02 a 2,00 mg/L e 0,1 a 8,0 mg/L, divergindo do edital apenas para medições acima de 8,0 mg/L.

Resposta: Não. Deverão ser observadas as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência para o item 32, que prevê colorímetro com dupla faixa de medição de 0,00 a 5,00 mg/L e de 0,00 a 10 mg/L. Dessa forma, o equipamento ofertado deverá atender às faixas de medição estabelecidas para o item, além das demais especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

Cáceres/MT, 31 de agosto de 2026.

Thais Cristina Couto Hurtado
Engenheira Química
CRQ/MT - 16300423